



SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1



e-mail: zaopatrzenie@spsk1.szn.pl

www.spsk1.szn.pl

Dyrektor Naczelny	(091) 425-30-02	Pielęgniarka Naczelna	(091) 425-30-06
Z-ca d/s Lecznictwa	(091) 425-30-04	Z-ca Pleł. Naczelnej (Police)	(091) 425-38-18
Z-ca d/s Ekonomiczno-Finansowych	(091) 425-30-05	Centrala	(091) 425-30-00
Z-ca d/s Administracyjnych	(091) 425-05-03	Sekretariat fax (Szczecin)	(091) 425-30-01
Z-ca d/s Eksploatacyjno-Technicznych	(091) 425-30-03	Sekretariat /fax (Police)	(091) 425-38-10/12

Szczecin dnia 13.03.2019r.

Dot. zaproszenia do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych wielorazowych do Generatora SONOSURG dla SPSK 1 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1, Police ul. Siedlecka 2.

Nr sprawy : ZA/164/2019

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert (co najmniej na 18.03.2019)?
2. Dotyczy zapytania – pozostałe warunki, punkt 2, podpunkt a), pakiet I, pozycja 1 (klucz dynamometryczny): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu (klucz dynamometryczny), który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?
3. Dotyczy zapytania – pozostałe warunki, punkt 2, podpunkt a), pakiet I, pozycja 1 (klucz dynamometryczny): Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w zapytaniu – punkt 2, pozycja a) - Deklarację zgodności? Dla takiego wyrobu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie?
4. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ustęp 2, pozycja b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 25 zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji napraw gwarancyjnych?
5. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 7, ustęp 2, pozycja a i b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby terminy wykonania napraw były liczone w dniach roboczych?

Odpowiedzi :

1. Tak do 19.03.2019r. do godz. 09:00 .
2. Tak.
3. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
4. Nie.
5. Nie.

Z-ca Kierownika
Działu Zaopatrzenia
mgr inż. Ewelina Tryhula